

Łowicz, dnia 14.08 2019 r.

IZP.272.14.2019

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Zakup ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Łowiczu”.

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem do treści SIWZ zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Dotyczy: Defibrylator dwufazowy (przenośny) z monitorem wielofunkcyjnym
Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności wysokiej klasy defibrylator, cenionego europejskiego producenta o poniższych parametrach:

- Zakres pomiaru częstości oddechu 3-150 odd./min.
 - Metoda pomiaru EtCO2: strumień główny
 - Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i nakładki pediatryczne dla dzieci
 - Zakres dostarczonej energii 2-200J
 - Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulacyjnych 0-150 mA
 - Ekran TFT 8,4"
 - Ekran transfleksyjny zapewniający dobrą widoczność w dużym oświetleniu
 - Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń na karcie danych oraz wydruk tych informacji
- Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści defibrylator zgodny z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczony defibrylator posiadał możliwość ustawienia dokładnych wartości górnych i dolnych granic alarmów wszystkich mierzonych parametrów? Takie rozwiązanie zapewni pełną kontrolę nad stanem pacjentów poddawanych monitorowaniu w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści defibrylator zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

II. Treść udzielonej przez zamawiającego odpowiedzi stanowi integralną część dokumentacji przetargowej, którą należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

III. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych
Edward Reske
Edward Reske